ORTHÈSE DE POIGNET AMBIDEXTRE MANUTEC FIX

Attelle de poignet en velours respirant à attelle palmaire en aluminium malléable, accessoire pouce M760P en option

Tailles 1 et 2 | **Ambidextre** | **Accessoire pouce M760P** | **Classe I**





IDENTIFICATION

Réf. FRAMED	M760
Fabricant	Orliman (Espagne)
Réf. fournisseur	M760
Matière	Velours respirant 3 couches (mousse, velours, éponge) ; attelle aluminium malléable
Statut	Dispositif médical classe I
N° LiMA	22.07.04.00.1

CARACTÉRISTIQUES

- Trois couches : mousse, velours, éponge ; triple immobilisation
- Attelle palmaire en aluminium malléable
- Renforts médio-latéraux anatomiques ; ambidextre
- Accessoire pouce M760P fixé par velcro

INDICATIONS

- Immobilisation du poignet ; post-traumatique et post-chirurgical
- Séquelles douloureuses ou gonflées ; instabilité ; rééducation
- **Avec accessoire pouce :** rhizarthrose, instabilité ou irritation CMC/MCP, pouce du skieur, tendinite

TAILLES ET MESURES

Prise de mesure Mesurer la circonférence du poignet.

Taille	Circonférence poignet	Longueur attelle	Réf. FRAMED · Orthèse	Réf. FRAMED · Accessoire pouce *
1	14 – 18 cm	21 cm	M760.1	M760P.1
2	18 – 22 cm	21 cm	M760.2	M760P.2

*** Accessoire pouce M760P vendu séparément**, à fixer sur l'orthèse M760 pour immobiliser poignet et pouce. Accessoire sans n° LiMA.

CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS

- Pas sur plaie ouverte ; peau intacte uniquement.
- Compression excessive = intolérance : serrer fermement mais confortablement.
- Irritation ou gonflement : retirer et consulter ; adaptation par un professionnel habilité.

MISE EN PLACE ET ENTRETIEN

Desserrer les sangles, introduire la main en passant le pouce par l'ouverture. Fixer la sangle d'avant-bras, puis la sangle de poignet (double sangle) et enfin les 2 sangles palmaires.

Accessoire pouce : positionner l'accessoire, le fixer par le velcro sous la fermeture distale, puis modeler l'attelle à l'abduction souhaitée. Lavage à la main à 30 °C max., savon neutre.

Notice d'utilisation

Prix unitaire, CHF HT **Sur demande**