ORTHÈSE INTRINSÈQUE 2E ET 3E MÉTA MANUTEC

Immobilisation séparée du poignet et des 2e et 3e doigts par attelles palmaire et dorsale en aluminium malléable

Tailles 1 à 3 | **Gauche / Droite** | **Classe I**



IDENTIFICATION

Réf. FRAMED	MF-I93 · MF-D93
Fabricant	Orliman (Espagne)
Réf. fournisseur	MF-I93 · MF-D93
Matière	Tissu respirant et léger avec couche de coton ; attelles aluminium malléable
Statut	Dispositif médical classe I
N° LiMA	22.07.04.00.1

CARACTÉRISTIQUES

- Attelles palmaire et dorsale en aluminium malléable
- Immobilisation séparée du poignet et des doigts
- Tissu respirant et léger avec couche de coton
- Fermeture rapide par bandes auto-agrippantes

INDICATIONS

- Fracture du 2e ou 3e métacarpien (fracture du boxeur)
- Traumatismes du poignet, de la main et des 2e et 3e doigts
- Luxations et entorses
- Traitement pré/post-chirurgical et post-traumatique

TAILLES ET MESURES

Prise de mesure Mesurer la circonférence du poignet.

Taille	Circonférence poignet	Longueur	Réf. FRAMED · Gauche	Réf. FRAMED · Droite
1	14 – 16 cm	28 cm	MF-I93.1	MF-D93.1
2	16 – 18 cm	28 cm	MF-I93.2	MF-D93.2
3	18 – 20 cm	28 cm	MF-I93.3	MF-D93.3

CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS

- Pas sur plaie ouverte ; peau intacte uniquement.
- Compression excessive = intolérance : serrer fermement mais confortablement.
- Irritation ou gonflement : retirer et consulter.

MISE EN PLACE ET ENTRETIEN

Modeler les attelles à l'angle souhaité, introduire la main (attelle palmaire dans l'axe paume/avant-bras) et fermer les sangles du poignet, de la plus distale à la plus proximale.

Placer l'attelle des doigts, fermer les languettes palmaires puis la sangle des doigts. Lavage à la main à 30 °C max.

Notice d'utilisation

Prix unitaire, CHF HT — **Sur demande**