CEINTURE SACRO-ILIAQUE

Ceinture pelvienne en velours et tissu Poromax, pelote sacro-iliaque en mousse, réglage par poulies

Tailles 1 à 4 | Réglage par poulies | Classe I



IDENTIFICATION

Réf. FRAMED	SD102
Fabricant	Orliman (Espagne)
Réf. fournisseur	SD102
Matière	Velours, tissu Poromax ; pelote en mousse
Statut	Dispositif médical classe I
N° LiMA	22.14.02.00.1

CARACTÉRISTIQUES

- Pelote sacro-iliaque en mousse, fermeture à crochets
- Réglage par poulies : compression optimale avec un effort minimal
- Velours et tissu Poromax

INDICATIONS

- Lésions des articulations sacro-iliaques, avec ou sans inflammation
- Entorse et instabilité sacro-iliaques
- Ostéopathie dynamique du pubis (pubalgie) ; lésions traumatiques de la symphyse

TAILLES ET MESURES

Prise de mesure Mesurer le périmètre trochantérien.

Taille	Périmètre trochantérien	Hauteur arrière	Hauteur avant	Réf. FRAMED
1	70 – 80 cm	17 cm	11 cm	SD102.1
2	80 – 95 cm	17 cm	11 cm	SD102.2
3	95 – 110 cm	17 cm	11 cm	SD102.3
4	110 – 125 cm	17 cm	11 cm	SD102.4

CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS

- Peau intacte uniquement ; irritation, frottement ou gonflement : retirer et consulter.
- Compression excessive = intolérance : serrer fermement mais confortablement.
- Adaptation par un technicien orthopédiste ou un professionnel de santé habilité.

MISE EN PLACE ET ENTRETIEN

Taille selon le tableau ; mise en place détaillée dans la notice Orliman (QR code).

Entretien : lavage à la main (max. 30 °C), savon neutre ; sécher à l'air, loin d'une source de chaleur.

Notice d'utilisation

Prix unitaire, CHF HT — **Sur demande**