CEINTURE LOMBAIRE SEMI-RIGIDE LUMBITEC

Support lombo-sacré semi-rigide en tissu semi-élastique riche en coton, version basse (FX-211) ou haute (FX-212)

Tailles 1 à 6 | **Basse ou haute** | **Classe I**



IDENTIFICATION

Réf. FRAMED	FX-211 · FX-212
Fabricant	Orliman (Espagne)
Réf. fournisseur	FX-211 · FX-212
Matière	Tissu semi-élastique riche en coton
Statut	Dispositif médical classe I
N° LiMA	22.14.02.00.1

CARACTÉRISTIQUES

- Baleines anatomiques arrière facilement adaptables
- Système de traction amplifié
- Sangles de réglage à fermeture auto-agrippante

INDICATIONS

- Lombalgies et processus dégénératifs
- Muscles faibles et atoniques
- Hernies discales ; soins post-opératoires

TAILLES ET MESURES

Prise de mesure Mesurer le périmètre trochantérien.

Taille	Périmètre trochantérien	Réf. basse (27/20 cm)	Réf. haute (32/25 cm)
1	85 – 95 cm	FX-211.1	FX-212.1
2	95 – 105 cm	FX-211.2	FX-212.2
3	105 – 115 cm	FX-211.3	FX-212.3
4	115 – 125 cm	FX-211.4	FX-212.4
5	125 – 135 cm	FX-211.5	FX-212.5
6*	> 135 cm	FX-211.6	—

Hauteurs arrière / avant : FX-211 = 27 / 20 cm ; FX-212 = 32 / 25 cm. * Sur commande (FX-211 uniquement).

CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS

- Peau intacte uniquement ; irritation, frottement ou gonflement : retirer et consulter.
- Compression excessive = intolérance : serrer fermement mais confortablement.
- Adaptation par un technicien orthopédiste ou un professionnel de santé habilité.

MISE EN PLACE ET ENTRETIEN

Placer la ceinture autour du corps, baleines au centre du dos, à 3 cm au-dessus du pli fessier ; fermer puis ajuster les auto-agrippants jusqu'à la compression souhaitée.

Entretien : lavage à la main (max. 30 °C), savon neutre ; sécher à l'air, loin d'une source de chaleur.

Notice d'utilisation

Prix unitaire, CHF HT **Sur demande**