CEINTURE SACRO-LOMBAIRE LUMBITRON ELITE DUO

Ceinture sacro-lombaire semi-rigide renforcée par 4 baleines dorsales et 2 baleines avant, pelote lombaire thermique

Tailles 1 à 7 | **Hauteur 26 cm** | **Classe I**



IDENTIFICATION

Réf. FRAMED	LTG-305
Fabricant	Orliman (Espagne)
Réf. fournisseur	LTG-305
Statut	Dispositif médical classe I
N° LiMA	22.14.02.00.1

CARACTÉRISTIQUES

- 4 baleines en acier préformées, flexibles et adaptables
- 2 baleines avant pour le maintien abdominal
- Pelote lombaire thermique pour une compression ciblée

INDICATIONS

- Lumbago, lombosciatique, processus dégénératifs
- Hernies discales ; pré- et post-opératoire
- Lésions sacro-iliaques et pubiennes

TAILLES ET MESURES

Prise de mesure Mesurer le périmètre trochantérien.

Taille	Périmètre trochantérien	Hauteur arrière	Hauteur avant	Réf. FRAMED
1	75 – 85 cm	26 cm	14 cm	LTG-305.1
2	85 – 95 cm	26 cm	14 cm	LTG-305.2
3	95 – 105 cm	26 cm	14 cm	LTG-305.3
4	105 – 115 cm	26 cm	14 cm	LTG-305.4
5	115 – 125 cm	26 cm	14 cm	LTG-305.5
6	125 – 135 cm	26 cm	14 cm	LTG-305.6
7	135 – 145 cm	26 cm	14 cm	LTG-305.7

Existe en version basse : LTG-375.

CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS

- Peau intacte uniquement ; irritation, frottement ou gonflement : retirer et consulter.
- Compression excessive = intolérance : serrer fermement mais confortablement.
- Adaptation par un technicien orthopédiste ou un professionnel de santé habilité.

MISE EN PLACE ET ENTRETIEN

Placer la ceinture autour du corps, baleines au centre du dos, à 3 cm au-dessus du pli fessier ; fermer puis ajuster les auto-agrippants jusqu'à la compression souhaitée.

Entretien : lavage à la main (max. 30 °C), savon neutre ; sécher à l'air, loin d'une source de chaleur.

Notice d'utilisation

Prix unitaire, CHF HT **Sur demande**