ORTHÈSE DE GENOU ROM TÉLESCOPIQUE ASCENDER

Orthèse de genou post-opératoire à amplitude réglable et tiges télescopiques, universelle Gauche / Droite

Taille universelle | **Long. 44 – 70 cm** | **Flexion jusqu'à 120°** | **Classe I**



IDENTIFICATION

Réf. FRAMED	ASC/10
Fabricant	Promedics Orthopaedics Ltd (Écosse, UK)
Désignation	Ascender Telescopic ROM Knee Orthosis
Matière	Tiges en aluminium anodisé ; coussinets à points de silicone
Usage	Patient unique
Statut	Dispositif médical classe I
N° LiMA	22.04.02.00.1

CARACTÉRISTIQUES

- Tiges télescopiques : longueur réglable de 44 à 70 cm
- Butées réglées par clips à ressort (« tirer et glisser ») ; pas de modification involontaire
- Verrou à 5 positions, au profil concave facile à manipuler
- Dispositifs inviolables optionnels pour figer les réglages

INDICATIONS

- Après une opération du genou
- Immobilisation après blessure du genou, puis mobilisation progressive
- Lésions ligamentaires du genou

TAILLE ET RÉGLAGES DE LA CHARNIÈRE

Taille Taille universelle, longueur réglable de 44 à 70 cm.

Réglage	Plage
Limite d'extension	-10° (hyperextension) à 70°
Limite de flexion	-10° à 120°
Verrouillage	-10°, 0°, 10°, 20° ou 30°
Dispositifs inviolables	Flexion 0° à 110° · extension 0° à 70°

CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS

- Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes, ni sur une peau enduite de crème, pommade ou gel
- Première pose par un professionnel de santé ; patient unique
- Contrôler peau et circulation (diabète, troubles vasculaires ou neurologiques)

MISE EN PLACE ET ENTRETIEN

Placer sous la jambe, charnière au centre du genou (petits coussinets de mollet vers le pied), régler la longueur des tiges, puis fermer les sangles en commençant par les plus proches du genou.

Entretien : coussinets et sangles lavables à la main, détergent doux ; séchage à l'air libre, pas de machine.

Notice d'utilisation

Prix unitaire, CHF HT — **Sur demande**