ORTHÈSE DE COUDE ROM TÉLESCOPIQUE ASCENDER

Orthèse de coude à amplitude réglable et tiges télescopiques, en aluminium anodisé, avec barre de supination

Taille unique ajustable | **Gauche / Droite** | **Flexion jusqu'à 120°** | **Classe I**



IDENTIFICATION

Réf. FRAMED	Voir tableau
Fabricant	Promedics Orthopaedics Ltd (Écosse, UK)
Désignation	Ascender Telescopic ROM Elbow Orthosis + supination bar
Matière	Aluminium, acier inox, nylon, polyester, coton, PVC, EVA, silicone, POM
Usage	Patient unique
Statut	Dispositif médical classe I
N° LiMA	22.08.05.00.1

CARACTÉRISTIQUES

- Tiges télescopiques en aluminium anodisé : résistance maximale, poids minimal
- Butées réglées par clips à ressort (« tirer et glisser ») ; pas de modification involontaire
- Verrou à 5 positions ; barre de supination pour la main

INDICATIONS

- Post-opération du coude
- Immobilisation et mobilisation après blessure
- Lésions ligamentaires du coude

RÉFÉRENCES ET RÉGLAGES DE LA CHARNIÈRE

Taille Taille unique ajustable, Gauche ou Droite : ASCE/L/REG/SUP (Gauche), ASCE/R/REG/SUP (Droite).

Réglage	Plage
Limite d'extension	-10° à 70°
Limite de flexion	-10° à 120°
Verrouillage	-10°, 0°, 10°, 20° ou 30°

CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS

- Ne pas utiliser sur plaies ouvertes, ni sur une peau enduite de liniment, pommade ou gel ; allergie connue à un matériau
- Première pose par un professionnel de santé ; patient unique
- Contrôler peau et circulation (diabète, troubles vasculaires, neuropathie)

MISE EN PLACE ET ENTRETIEN

Ouvrir les sangles, centrer la charnière sur le coude, ajuster la longueur des tiges ; sangle d'épaule en option.

Entretien : retirer les sangles, laver à la main à l'eau froide, détergent doux ; sécher à plat, sans essorer ni sèche-linge.

Notice d'utilisation

Prix unitaire, CHF HT — **Sur demande**