# ATTELLE DE CHEVILLE MALLEO DYNASTAB BOA

Chevillère à armatures rigides et sangles élastiques, serrage rapide et ajustable par système BOA®

Tailles 0 à 3 | Système BOA® | Bilatéral | Classe I



## IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Réf. FRAMED | 2351 |
| Fabricant | Thuasne |
| Réf. fournisseur | 2351 |
| Matière | Néoprène, polyamide, élasthanne, polyester, PE, PU ; armatures inox |
| Latex | Non, sans latex |
| Statut | Dispositif médical classe I |
| Usage | Patient unique |
| N° LiMA | 22.02.03.00.1 |

## CARACTÉRISTIQUES

- Baleines latérales métalliques et sangles élastiques en 8
- Serrage rapide et ajustable avec système BOA® Fit
- Fin, doublure aérée, compatible avec chaussures fermées
- Bilatéral (Gauche ou Droite)

## INDICATIONS

- Immobilisation de la cheville
- Entorses modérées à sévères
- Prévention de la laxité ou instabilité chronique
- Reprise d'activités sportives
- Tendinopathies
- Traitement conservateur du tendon d'Achille

## TAILLES ET MESURES

**Prise de mesure** Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus de la malléole.

| Taille | Tour de cheville | Réf. FRAMED |
|---|---|---|
| **0** | 16 – 19 cm | 23510220000199 |
| **1** | 19 – 22 cm | 23510220100199 |
| **2** | 22 – 26 cm | 23510220200199 |
| **3** | 26 – 30 cm | 23510220300199 |

## CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS

- Diagnostic incertain, peau lésée, allergie à un composant
- Antécédents thromboemboliques majeurs sans prophylaxie
- Retirer si douleur, gêne ou changement de couleur
- Pas de crème dessous ; ne pas conduire, pas en imagerie

## MISE EN PLACE ET ENTRETIEN

1ère pose supervisée par un professionnel. Talon dans l'ouverture arrière, tourner la molette BOA® (sens horaire), croiser les sangles. Porter avec une chaussette longue.

Retirer les armatures, laver en machine à 40 °C (24 lavages max.), sécher à l'air libre.

Notice d'utilisation

Prix unitaire, CHF HT **Sur demande**