CEINTURE PELVIENNE/SACRO-ILIAQUE EVERGREEN SI PRO

Ceinture sacro-iliaque Aspen à traction bilatérale : compression maximale sans effet de torsion, profil bas et léger

Tailles S à L | Traction bilatérale | Sans latex | Classe I



IDENTIFICATION

Réf. FRAMED	36-211
Fabricant	Aspen Medical Products (USA)
Fournisseur	Aspen Medical Products GmbH (DE)
Réf. fournisseur	36-211
Matière	Nylon, polyester, HDPE, PVC, polyuréthane, UHMWPE
Latex	Non, sans latex naturel
Statut	Dispositif médical classe I
N° LiMA	05.11.02.00.1

CARACTÉRISTIQUES

- Traction bilatérale : compression maximale sans torsion
- Deux couches, tissu mesh respirant
- Bandes antidérapantes en silicone contre le glissement
- Serrage SlickTrack™ facile, même avec peu de force

INDICATIONS

- Dysfonction sacro-iliaque, sacro-iliite, arthrodèse sacro-iliaque
- Dysfonction de la symphyse pubienne, douleurs pelviennes
- Lombalgie, entorse lombaire, sciatique, syndrome du piriforme

TAILLES ET MESURES

Prise de mesure Mesurer le périmètre trochantérien.

Taille	Périmètre trochantérien	Réf. FRAMED
S	64 – 104 cm	36-2112
M	89 – 127 cm	36-2114
L	114 – 152 cm	36-2116

CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS

- Allergie à l'un des matériaux
- Œdème lymphatique dû à des troubles circulatoires
- Port d'une orthèse contre-indiqué par le médecin
- Pathologie grave : avis médical avant usage ; un ajustement correct est nécessaire

MISE EN PLACE ET ENTRETIEN

Placer la ceinture env. 2,5 cm sous la partie la plus large des hanches, panneaux dorsaux centrés. Fermer l'avant, tirer les tirants jusqu'à la compression voulue puis les fixer sur les panneaux latéraux.

Lavage à la main à 30 °C, détergent doux, sans eau de Javel. Séchage à l'air libre.

Notice d'utilisation

Prix unitaire, CHF HT **Sur demande**