BANDAGE POUR ÉPICONDYLITE EPITEC FIX

Bracelet anti-épicondylite rembourré avec pelote viscoélastique et points en silicone

Taille universelle | **Pelote viscoélastique** | **Classe I**



IDENTIFICATION

Réf. FRAMED	EP-21G
Fabricant	Orliman (Espagne)
Réf. fournisseur	EP-21G
Matière	Extérieur rembourré, âme thermoplastique moulée, points silicone, bande élastique
Latex	Non, sans latex
Statut	Dispositif médical classe I
N° LiMA	22.08.06.00.1

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur du bracelet en matériaux rembourrés résistants
- Points en silicone adhérents sous pression
- Réglage par bande de fermeture et sangle élastique
- Pelote viscoélastique avec points de pression ciblés

INDICATIONS

- Prévention des blessures sportives et professionnelles
- Épicondylite (tennis-elbow)
- Épitrochléite (coude de golfeur)

RÉFÉRENCES

Taille	Positionnement	Réf. FRAMED
Taille universelle	à 3 cm du coude	EP-21G

CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS

- Une compression excessive peut provoquer une intolérance : serrer jusqu'à un maintien ferme mais confortable.
- Toute adaptation doit être réalisée par un technicien orthopédiste ou un professionnel de santé habilité.
- Vérifier l'état du produit avant chaque utilisation.

MISE EN PLACE ET ENTRETIEN

Placer le bracelet sur la partie proximale de l'avant-bras, en pronation et muscles relâchés, à environ 3 cm sous l'épicondyle, en laissant la flexion du coude libre jusqu'à 90°.

Centrer la pelote sur l'insertion tendineuse, puis serrer les auto-agrippants à la tension souhaitée sans dépasser la limite indiquée.

Notice d'utilisation

Prix unitaire, CHF HT — **Sur demande**