ORTHÈSE DE GENOU OA – UNIRELIEVER

Orthèse de décharge à montant unique pour l'arthrose du genou, intensité réglable par le patient avec la molette

Taille universelle | Décharge réglable | TM5+ | Classe I



IDENTIFICATION

Réf. FRAMED	U309012
Fabricant	Thuasne (France)
Réf. fournisseur	U309012
Matière	Élasthanne, PA, EVA, silicone, PES, PU ; alu, inox
Accessoire	Kit de butée de flexion UU005001001
Statut	Dispositif médical classe I
N° LiMA	23.04.01.00.1

CARACTÉRISTIQUES

- Décharge dynamique : réduit la pression sur le compartiment atteint
- Molette : le patient règle lui-même l'intensité
- Articulation TM5+ avec butée d'extension (0-5-10-15-20-30°)
- Sangles croisées, pas de sangle dans le creux poplité

INDICATIONS

- Arthrose fémoro-tibiale unicompartimentale (modérée à sévère)
- Décharge post-traumatique, post-opératoire ou dégénérative
- Instabilité ou laxité articulaire

TAILLES ET MESURES

Prise de mesure Choisir la version selon le côté atteint (jambe et compartiment). Tour de cuisse à 15 cm du centre de la rotule : 33 à 76 cm.

Jambe	Varus (arthrose médiale)	Valgus (arthrose latérale)
Jambe droite	U3090129900352	U3090129900351
Jambe gauche	U3090129900351	U3090129900352

U3090129900351 = médial gauche / latéral droit ; U3090129900352 = médial droit / latéral gauche. **Accessoire :** kit de butée de flexion (0-30-45-60-75-90-110°) UU005001001.

CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS

- Diagnostic non confirmé ; allergie à un composant ; peau lésée
- Varices sévères ; genu recurvatum, varum ou valgum importants
- Troubles veineux ou lymphatiques ; thrombose sans prophylaxie

MISE EN PLACE ET ENTRETIEN

Pose et réglages selon la notice ; le patient ajuste ensuite lui-même la décharge à la molette.

Page produit

Prix unitaire, CHF HT **Sur demande**