# SEMELLE SPRYSTEP FOOTPLATE

Semelle rigide composite de 1 mm à restitution d'énergie, bords découpables, versions droite et gauche



Tailles XS à XXL | Gauche / droite | 1 mm | Classe I

## IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Réf. FRAMED | U3120 |
| Fabricant | Thuasne (France) |
| Matière | Fibres de carbone et de verre, résine époxy |
| Statut | Dispositif médical classe I |
| N° LiMA | 26.01.01.00.1 |

## CARACTÉRISTIQUES

- Restitution d'énergie et soutien du pied par la semelle rigide
- Bords découpables ; épaisseur de 1 mm
- Versions adulte et pédiatrique, droite et gauche

## INDICATIONS

- Marche idiopathique sur la pointe des pieds
- Arthrose métatarso-phalangienne de l'avant-pied ; arthrose du médio-pied
- Lésion de grade I de la plaque plantaire de la 1ère MTP (turf toe) ; névrome de Morton (avec semelle souple)

## TAILLES ET MESURES

**Prise de mesure** Mesurer la longueur du pied.

| Taille | Longueur de pied | Réf. gauche | Réf. droite |
|---|---|---|---|
| **XS** | 190 – 240 mm | U3120470305002 | U3120470305001 |
| **S** | 217 – 264 mm | U3120460105002 | U3120460105001 |
| **M** | 240 – 280 mm | U3120460205002 | U3120460205001 |
| **L** | 256 – 295 mm | U3120460305002 | U3120460305001 |
| **XL** | 270 – 317 mm | U3120460405002 | U3120460405001 |
| **XXL** | 282 – 332 mm | U3120460505002 | U3120460505001 |

## CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS

- Diagnostic non confirmé ; allergie à un composant ; peau lésée, ulcère ou cicatrice du pied
- Poids > 135 kg ; perte sévère de sensibilité ; œdème modéré à sévère ; spasticité
- Instabilité triplanaire ou de cheville ; contracture en flexion plantaire ; déformations ; fractures instables

## MISE EN PLACE ET ENTRETIEN

Semelle existante placée au-dessus de la Footplate ; bords découpables. Notice Thuasne (QR code).

Notice d'utilisation

Prix unitaire, CHF HT **Sur demande**