ORTHÈSE SPRYSTEP FLEX

Orthèse dynamique postérieure (AFO) à montant spiralé pour le pied tombant, souplesse et retour d'énergie

Tailles XS à XL | Gauche / droite | Patients actifs | Classe I



IDENTIFICATION

Réf. FRAMED	U01712
Fabricant	Thuasne (France)
Matière	Fibres de carbone, de verre et d'aramide ; PA, élasthanne, PU, EVA
Accessoire	Kit UU017030902 (gauche) / UU017030901 (droite)
Statut	Dispositif médical classe I

CARACTÉRISTIQUES

- Montant postérieur spiralé : souplesse et retour d'énergie
- Adapté aux utilisateurs actifs (marche rapide, course)
- S'adapte à la plupart des chaussures ; personnalisable

INDICATIONS

- Pied tombant, y compris à la fatigue ; faiblesse des releveurs ; steppage (foot slap)
- Fauchage, vaulting, marche à genou haut, élévation de hanche
- Déficits d'origine neurologique, traumatique ou musculaire

TAILLES ET MESURES

Prise de mesure Choisir la taille selon la pointure.

Taille	Pointure	Réf. gauche	Réf. droite
XS	33 – 37	U0171260005002	U0171260005001
S	36 – 39	U0171260105002	U0171260105001
M	38 – 42	U0171260205002	U0171260205001
L	41 – 44	U0171260305002	U0171260305001
XL	44 – 47	U0171260405002	U0171260405001

CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS

- Diagnostic non confirmé ; allergie à un composant ; peau lésée ou ulcère ouvert
- Poids > 120 kg ; perte sévère de sensibilité ; œdème modéré à sévère ; course
- Spasticité, déformation ou instabilité de cheville modérées à sévères ; instabilité triplanaire ; contracture en flexion plantaire

MISE EN PLACE ET ENTRETIEN

Chaussure fermée à contrefort rigide ; semelle existante au-dessus de l'orthèse. Avant-pied et sangle recoupables ; non thermoformable. Mise en place : notice Thuasne (QR code).

Notice d'utilisation

Prix unitaire, CHF HT — **Sur demande**