ORTHÈSE SPRYSTEP PLUS

Orthèse dynamique antérieure renforcée en carbone et composites, soutien du genou en flexion et retour d'énergie

Tailles XS à XL | Gauche / droite | Carbone | Classe I



IDENTIFICATION

Réf. FRAMED	U017226
Fabricant	Thuasne (France)
Matière	Fibres de carbone, de verre et d'aramide ; PA, élasthanne, PU, EVA
Accessoire	Kit de pièces détachées UU01724
Statut	Dispositif médical classe I

CARACTÉRISTIQUES

- Structure antérieure carbone et composites : solide et légère
- Soutient le genou en flexion ; aide la propulsion ; retour d'énergie

INDICATIONS

- Pied tombant ; fléchisseurs plantaires ≤ 3 ; spasticité légère
- Instabilité légère à modérée du genou en phase d'appui ; faiblesse légère du quadriceps
- Amputation partielle du pied (transmétatarsienne ou plus distale)

TAILLES ET MESURES

Prise de mesure A : longueur du gros orteil au talon ; B : mollet à 25 mm sous la tête de la fibula.

Taille	Pointure	Longueur A	Circonférence B	Réf. gauche	Réf. droite
XS	33 – 37	21,5 – 24,5 cm	29 – 37 cm	U0172260005002	U0172260005001
S	36 – 39	23 – 26 cm	32,5 – 40 cm	U0172260105002	U0172260105001
M	38 – 42	24,5 – 27,5 cm	35,5 – 43 cm	U0172260205002	U0172260205001
L	41 – 44	26 – 29 cm	38,5 – 46,5 cm	U0172260305002	U0172260305001
XL	44 – 47	29 – 30,5 cm	42 – 49,5 cm	U0172260405002	U0172260405001

CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS

- Diagnostic non confirmé ; allergie à un composant ; peau lésée ou ulcère ouvert
- Poids > 120 kg ; perte sévère de sensibilité ; œdème modéré à sévère ; course
- Spasticité, déformation ou instabilité de cheville modérées à sévères ; instabilité triplanaire ; contracture en flexion plantaire

MISE EN PLACE ET ENTRETIEN

Chaussure fermée à contrefort rigide ; semelle existante au-dessus de l'orthèse. Avant-pied et sangle recoupables ; non thermoformable. Mise en place : notice Thuasne (QR code).

Notice d'utilisation

Prix unitaire, CHF HT **Sur demande**