# ORTHÈSE SPRYSTEP MAX

Orthèse dynamique antérieure composite pour les déficits de dorsiflexion et l'instabilité du genou en flexion

Tailles XS à XL | Gauche / droite | Faible activité | Classe I



## IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Réf. FRAMED | U01732 |
| Fabricant | Thuasne (France) |
| Matière | Fibres de carbone, de verre et d'aramide ; PA, élasthanne, PU, EVA |
| Accessoire | Kit de pièces détachées UU01734 |
| Statut | Dispositif médical classe I |

## CARACTÉRISTIQUES

- Construction composite avancée : durabilité et confort
- Stabilité et soutien en phase d'appui
- Pour faiblesse légère à modérée du tibial antérieur et niveau d'activité faible

## INDICATIONS

- Pied tombant ; douleur en dorsiflexion ; spasticité légère
- Instabilité du genou en appui ; faiblesse du quadriceps ; flexion excessive du genou
- Amputation partielle du pied (transmétatarsienne ou plus distale)

## TAILLES ET MESURES

**Prise de mesure** A : longueur du gros orteil au talon.

| Taille | Pointure | Longueur A | Réf. gauche | Réf. droite |
|---|---|---|---|---|
| **XS** | 31 – 34 | 19,5 – 21,5 cm | U0173260005002 | U0173260005001 |
| **S** | 34 – 37 | 21 – 23 cm | U0173260105002 | U0173260105001 |
| **M** | 37 – 40 | 23 – 25,5 cm | U0173260205002 | U0173260205001 |
| **L** | 40 – 43 | 25,5 – 27,5 cm | U0173260305002 | U0173260305001 |
| **XL** | 43 – 46 | 27,5 – 29 cm | U0173260405002 | U0173260405001 |

## CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS

- Diagnostic non confirmé ; allergie à un composant ; peau lésée ou ulcère ouvert
- Poids > 120 kg ; perte sévère de sensibilité ; œdème modéré à sévère ; course
- Spasticité, déformation ou instabilité de cheville modérées à sévères ; instabilité triplanaire ; contracture en flexion plantaire

## MISE EN PLACE ET ENTRETIEN

Chaussure fermée à contrefort rigide ; semelle existante au-dessus de l'orthèse. Avant-pied et sangle recoupables ; non thermoformable. Mise en place : notice Thuasne (QR code).

Notice d'utilisation

Prix unitaire, CHF HT — **Sur demande**