BANDES THERMOPLASTIQUES ORFICAST ET ORFICAST MORE

Rouleaux de thermoplastique tricoté au toucher textile, pour orthèses d'immobilisation sur mesure

Rouleaux de 3 m | Largeurs 3 à 30 cm | Bleu · Orange · Noir | Classe I



IDENTIFICATION

Réf. FRAMED	Voir tableau
Fabricant	Orfit Industries (Belgique)
Épaisseur	Orficast ± 1,8 mm ; Orficast More ± 3,0 mm (double)
Format	Rouleau de 3 m
Statut	Dispositif médical classe I

CARACTÉRISTIQUES

- Toucher textile, ventilé ; bords doux, intérieur sans couture
- Élastique dans 2 directions ; auto-adhérent, surtout à chaud et à sec
- Remodelable pour les corrections ; biodégradable

INDICATIONS

- Petites orthèses d'immobilisation : doigt, main, poignet, pouce (rhizarthrose), cheville
- Peaux fragiles, enfants et nouveau-nés ; immobilisation rapide en salle de plâtre

RÉFÉRENCES ET DONNÉES TECHNIQUES

Activation Bain d'eau à 65 °C : 1 – 2 min (Orficast), 2 – 3 min (Orficast More). Temps de travail : 1 – 1½ min / 1½ – 2 min.

Produit	Largeur	Réf. · Bleu	Réf. · Orange	Réf. · Noir
Orficast	3 cm	4030	—	4030Z
Orficast	6 cm	4032	4032OR	4032Z
Orficast More	6 cm	4035	4035OR	4035Z
Orficast More	15 cm	4039	4039OR	4039Z
Orficast More	30 cm	4042	—	—

CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS

- Pas sur plaies ouvertes ni dans la bouche ; pas d'usage interne
- Réservé aux professionnels ; jamais de flamme nue ; éviter de brûler le patient
- Le matériau rétrécit jusqu'à 45 % à l'activation (normal)

MISE EN PLACE ET ENTRETIEN

Activer, enrouler ou mouler à chaud en une ou plusieurs couches, presser pour souder ; retirer une fois durci.

Entretien : eau tiède savonneuse, ne pas immerger ; pas de solvant, pas d'autoclave. Stocker entre 10 et 30 °C.

Notice d'utilisation (EN)

Prix unitaire, CHF HT — **Sur demande**